

Naše zn.: 2023/172072/FNBrno - 15.2.1 – Ma
Vaše zn.: -

V Brně dne 24. 11. 2023

VZMR Monitory pro operační sály, E-ZAK ev.č. P23V00000585

Odpověď na vysvětlení dotazu

Dotaz:

V technické specifikaci je požadavek na napájení 230V/50Hz. Kde bude umístěna elektrická zásuvka 230V/50Hz a datová zásuvka pro připojení dodávaných přístrojů a kdo je bude zajišťovat?

Odpověď na dotaz:

Napájecí zásuvka 230V/50Hz je umístěna v oblasti do 3 m od stávajících monitorů. Ve stejné oblasti do 3 m jsou i datové zásuvky. Případné úpravy bude dle skutečné situace řešit dodavatel ve spolupráci s FN Brno.

S pozdravem

Lucie Malíková
Obchodní oddělení - úsek pořizování investic
tel. 532 232 848