

Naše zn.: 2023/173342/FNBRNO - 15.2.1 – Lu/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 28. listopadu 2023

Odpověď na dotazy k VZMR - Nákup sterilizačních kontejnerů ev.č. P23V00000610

Dotaz č. 1:

Lze nabídnout kontejnery jiných rozměrů?

Např.: 596x275x210

596x275x140

296x275x140

296x275x120?

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje výšku kontejneru 180 mm, dodavatel nabízí kontejnery výšky 160 mm, což se započítáním tolerance nevyhovuje o 2 mm. Bude tedy zadavatel akceptovat místo kontejneru výšky 180 mm kontejner výšky 160 mm?

Odpověď na oba dotazy:

Zadavatel nebude akceptovat nabízená řešení, trváme na původním požadavku v technické specifikaci.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674