

Naše zn.: 2023/174228/FNBRNO - 15.2.1 – Lu/Mo

Vaše zn.: -

V Brně dne 30. listopadu 2023

Odpověď na dotazy II k VZMR - Nákup sterilizačních kontejnerů ev.č. P23V00000610

Dotaz č. 1:

síto - materiál hliník, zaoblené rohy, různé výšky

Otázka: Bude zadavatel akceptovat síto nerezové?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat nerezová síta.

Dotaz č. 2:

identifikační štítky shodné s barvou víka

Otázka: Předpokládám, že pokud je možné nabídnout barevná madla, je požadavkem sjednocení štítků s madly.

Odpověď č. 2:

Zadavatel bude akceptovat barevně sjednocená madla a preferuje toto řešení. Není to ale nezbytnou podmínkou.

Dotaz č. 3:

barevné provedení víka nebo madel (výběr min. ze 7mi barev)

Otázka: Bude zadavatel akceptovat 5 barev madel?

Odpověď č. 3:

Zadavatel bude akceptovat i 5 barev. Z provozních důvodů bychom ocenili původně požadovaných 7 a více barevných provedení, pokud je v možnostech dodavatele je nabídnout.

Termín podání nabídky

Zadavatel mění bod 9. a původní termín pro podání nabídky 11. 12. 2023 do 11:00 hodin je nově změněn na 18. 12. 2023 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674