

Naše zn.: 2023/178449/FNBRNO - 15.2.1 – Lu/Mo

Vaše zn.: -

V Brně dne 11. prosince 2023

Odpověď na dotazy IV k VZMR - Nákup sterilizačních kontejnerů ev.č. P23V00000610**Dotaz č. 1:**

Zadavatel v technické specifikaci, která je Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace, požaduje systém kontejneru „bezfiltrové/ventilové (bez spotřebního materiálu)“. V Odpovědi na dotazy III k VZMR uveřejněné na profilu Zadavatele 5. 12

. 2023 Zadavatel dále připustil řešení pomocí PTFE filtrů pro 5000 cyklů. Vzhledem k tomu, že účastník má v portfoliu všechny tři technologie, tj. PTFE filtrů, ventilů a bezbariérové technologie, které se však diametrálně liší cenou, sestavil účastník následující dotaz, aby vyloučil případná nedorozumění po odevzdání nabídek:

Rozumí tomu účastník správně, že Zadavatel bude akceptovat všechny existující technologie filtračního systému, tj. ventilová technologie bez filtru na principu přetlaku, filtrové technologie na principu vloženého PTFE filtru a bez-filtrové technologie na louis pasteurově principu? Vyobrazení uvedených technologií účastník přikládá přílohou č. 1:

Ventilový systém**Louis Pasteurův princip**

PTFE filtr



Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat všechny existující technologie filtračního systému, tj. ventilová technologie bez filtru na principu přetlaku, filtrové technologie na principu vloženého PTFE filtru a bez-filtrové technologie na lous pasteurově principu, **za podmínky**, že v případě použití spotřebního materiálu (např. filtrové technologie -PTFE filtry) budou tyto dodány pro celou dobu životnosti (10 let) bezplatně/ v rámci ceny nabídky.

Viz odpověď na dotaz č. 1 - Odpovědi na dotazy III:

Zadavatel bude akceptovat i systém s PTFE filtrem ve víku kontejneru za předpokladu, že součástí dodávky bude i veškerý spotřební materiál na dobu minimální předpokládané životnosti všech kontejnerů. Tedy na dobu 10 let a za tuto dobu předpokládáme použití na 10 000 sterilizačních cyklů každého kontejneru.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674