

Naše zn.: 2024/7762/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Jo

V Brně dne 22. ledna 2024

VZMR – Nákup termálního cycleru

E-ZAK sys. č. P24V00000069

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz č. 1:

1. V TS zadavatel požaduje:

Vyhřívané víko 30 až 105°C.

Rádi bychom nabídli náš přístroj, který splňuje všechny požadované parametry až na rozsah teploty vyhřívaného víka. Bude zadavatel akceptovat víko s teplotou v rozmezí 37 - 110°C?

Odpověď č. 1:

Nabízený rozsah bude zadavatel akceptovat.

Nikol John, BA
obchodní oddělení FN Brno