

Naše zn.: 2024/7904/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Jo

V Brně dne 22. ledna 2024

VZMR – Nákup termálního cycleru

E-ZAK sys. č. P24V00000069

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz č. 1:

V ZD a TS máte uvedeno, že požadavek na poskytnutí náhradního přístroje v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) je pouze pokud to charakter přístroje umožňuje. V poskytnutém návrhu KS toto doplnění není uvedeno viz článek VII.6. Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy Zboží zapůjčí a nainstaluje Kupujícímu bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží.

Je možné doplnit i sem pokud to charakter přístroje umožňuje?

Odpověď č. 1:

Upravení návrhu KS dle znění (tj. o pokud to charakter přístroje umožňuje) je pro zadavatele přípustná.

Dotaz č. 2:

Je to vás akceptovatelná úprava článku VI.1 návrhu servisní smlouvy v souladu s tím, jak nám je poskytnuta záruka ze strany výrobce a v souladu našimi VOP a to 6 měsíců? Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za jakost servisních úkonů, oprav a jejich výsledků, jestliže to jejich povaha připouští, a to po dobu 6 měsíců od podpisu příslušného servisního výkazu. Stejně tak úprava článku VI.3 záruka na poskytnuté náhradní díly a to na 6 měsíců.

Je toto pro vás akceptovatelné?

Odpověď č. 2:

Pro zadavatele je úprava čl. VI.1 a VI.3 na 6měsíců akceptovatelná.

Dotaz č. 3:

Je pro vás akceptovatelné uzavřít servisní smlouvu na 5 let? A upravit v tomto souladu i článek VII.2?

Odpověď č. 3:

Předpokládáme životnost/používání přístroje 10 let. Proto také požadujeme servis přístroje po tuto dobu. Podmínka uzavření servisní smlouvy na 5 let je pro zadavatele neakceptovatelná.

Nikol John, BA
obchodní oddělení FN Brno