

Naše zn.: 2024/8452/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ho

V Brně dne 23. ledna 2024

VZMR – Akumulátorové vrtačky, E-ZAK sys. č. P24V00000075**Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace****Dotaz č. 1**

Zadavatel uvádí v příloze č. 2 zadávací dokumentace – „Vzorová kupní smlouva“ konkrétně v bodě II.3 požadavek na Instruktaž ke zdravotnickému prostředku dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZP“).

K uvedenému si dovoluujeme doplnit, že instruktaž obsluhy kupujícího pro užívání v souladu se § 41 ZoZP, je povinnost provádět pouze v případě, kdy povinnost instruktaže stanovil výrobce. U námi nabízených produktů výrobce tuto povinnost nestanovil, a naše společnost tak není schopna/oprávněna provést instruktaž v rozsahu ZoZP. Nicméně pro zajištění maximálního uživatelského komfortu a jistoty operátora poskytujeme školení/seznámení s obsluhou, o kterém bude vydán záznam/certifikát ze školení.

Bude zadavatel akceptovat provedení školení/seznámení s obsluhou namísto instruktaže dle ZoZP? Může zadavatel upravit návrh smlouvy tak, aby místo instruktaže bylo uvedeno zaškolení?

Odpověď č. 1

Zadavatel akceptuje provedení školení/seznámení s obsluhou namísto instruktaže dle ZoZP. Uchazeč je oprávněn si dokument upravit dle zmíněné odpovědi.

Dotaz č. 2

Zadavatel uvádí v příloze č. 1 Technická specifikace na řádku 73 požadavek na reciproční pilový nástavec pro Sternum.

Uchazeč je schopen dodat poptávané příslušenství pouze formou samostatné jednotky (Rukojeť přímočaré pily UNIUM™) v cenově náročnějším rozsahu.

Bude zadavatel akceptovat plnění samostatnou jednotkou nikoliv nástavcem?

Odpověď č. 2

Reciproční pilový nástavec pro Sternum z technické specifikace vypouštíme.

Dotaz č. 3

Zadavatel uvádí v příloze č. 1 Technická specifikace ve výčtu dalších podmínek na řádku 95: “Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky i po záruce, pokud to charakter přístroje umožňuje”

Uchazeč garantuje zapůjčení zboží v době záruky. V pozáručním servisu je náhradní stroj zapůjčen pouze, pokud je k dispozici a výpůjčka může být zpoplatněna.
Bude zadavatel akceptovat výše uvedené podmínky pozáručního servisu?

Odpověď č. 3

Zadavatel akceptuje výše uvedené podmínky pozáručního servisu.

Dotaz č. 4

Zadavatel uvádí v příloze č. 2 – Vzorová kupní smlouva, konkrétně v bodě VII.6: “Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy Zboží zapůjčí a nainstaluje Kupujícímu bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží.”

Uchazeč garantuje zapůjčení zboží v době záruky. V pozáručním servisu je náhradní stroj zapůjčen pouze, pokud je k dispozici a výpůjčka může být zpoplatněna
Bude zadavatel akceptovat výše uvedené podmínky pozáručního servisu?

Odpověď č. 4

Zadavatel akceptuje výše uvedené podmínky pozáručního servisu.

Dotaz č. 5

Zadavatel uvádí tamtéž v bodě VII.4 požadavek na předložení záručního listu. Uchazeč si dovoluje informovat zadavatele, že délka záruky a další záruční podmínky vycházejí přímo z kupní smlouvy, doba trvání záruky se pak vypočítává dle předávacího protokolu, uchazeč tak nevystavuje samostatný záruční list.

Může zadavatel na základě uvedeného vyjmout ze vzoru kupní smlouvy požadavek na samostatný záruční list?

Odpověď č. 5

Uchazeč je oprávněn si dokument upravit a vyjmout požadavek na samostatný záruční list.

S pozdravem

Ing. Veronika Hofírková
obchodní oddělení FN Brno