

Naše zn.: 2024/25275/FNBrno – Lu/Jo

V Brně dne 8. března 2024

VZMR – Ultrazvuková myčka pro CS

E-ZAK sys. č. P24V00000193

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je uveden vnitřní rozměr zařízení cca 600×500×280mm. Může se nabídnuté zařízení od těchto rozměrů odchýlit?

V případě, že ano, prosíme o sdělení možných odchylek. Může být např. 550×400×400mm, 550×450×400mm, 600×500×450mm, nebo jiné? Uveďte prosím maximální a minimální rozměry jednotlivých stran a×b×c.

Odpověď č. 1:

Rozměry uvedené v zadání jsou minimální. Je možné nabídnout vanu s většími rozměry (např. 600×500×450 mm). Tedy „vnitřní rozměr vany min. (600×500×280)mm“.

Nikol John, BA
obchodní oddělení FN Brno