

Naše zn.: 2024/ 32454 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Vaše zn.:

V Brně dne 28.3. 2024

Odpověď na dotazy k VZMR – Infuzní technika pro PeK

P24V00000204

Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí v technické specifikaci zadávací dokumentace jako jeden z parametrů „*možnost použití přístroje pro podávání infuzí v prostředí MRI (při umístění přístroje do speciální odstíněné dokovací stanice)*“. Rádi bychom zadavateli nabídli spolehlivou, intuitivně ovladatelnou infuzní techniku, která ovšem tento parametr nesplňuje.

Domníváme se, že tento parametr je nutný ve velmi omezeném množství případů, pro MRI stačí mít často pouze jeden vyhrazený přístroj – ideálně určený přímo pro použití v tomto prostředí bez dokovací stanice. Tento parametr velmi zužuje okruh možných dodavatelů a zvyšuje tak ekonomickou náročnost celé zakázky. Bude prosím zadavatel na tomto parametru trvat?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel na parametru „možnost použití přístroje pro podávání infuzí v prostředí MRI (při umístění přístroje do speciální odstíněné dokovací stanice)“ *trvá*.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784