

Naše zn.: 2024/ 33029 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Vaše zn.:

V Brně dne 3.4. 2024

Odpověď na dotazy k VZMR – Infuzní technika pro PeK

P24V00000204

Dotaz č. 1:

Ze zadávací dokumentace, konkrétně v příloze c_1_Technicka_specifikace, pro lineární dávkovače a infuzní pumpy požaduje zadavatel: samostatné tlačítko pro funkce: Zap/Vyp, Start/Stop, Menu, Potlačení/ztišení alarmu, Smazat, Zadání/návrat do vyšší úrovně menu, Bolus

Zřejmě administrativní chybou byla přidána čárka mezi slovy Smazat, Zadání, což ve výsledku způsobuje nemožnost dodání takovýchto přístrojů žádnému z uchazečů na českém trhu.

Mohl by Zadavatel toto ověřit a případně uvést na pravou míru, popř. bude zadavatel akceptovat dodatelem nabízený přístroj/řešení se samostatnými tlačítky Zap/Vyp, Start/Stop, Menu, Potlačení/ztišení alarmu, Smazat zadání/návrat do vyšší úrovně menu, Bolus?

Odpověď č. 1:

Zadavatel upravuje zadání vypuštěním čárky takto.**samostatné tlačítko pro funkce: Zap/Vyp, Start/Stop, Menu, Potlačení/ztišení alarmu, Smazat zadání/návrat do vyšší úrovně menu, Bolus****Dotaz č. 2:**

Ze zadávací dokumentace, konkrétně v příloze c_1_Technicka_specifikace, pro lineární dávkovače a infuzní pumpy požaduje zadavatel: ochranu proti nechtěnému manuálnímu bolusu.

Uchazeč nabízí lineární dávkovače a infuzní pumpy s bezpečnostním prvkem zajišťujícím ochranu proti nechtěnému podání manuálnímu bolusu prostřednictvím nutnosti potvrzení manuálního bolusu na dvou různých místech.

Bude zadavatel požadovat přístroje s ochranou proti nechtěnému manuálnímu bolusu s minimálním stiskem dvou různých tlačítek?

Odpověď č. 2:

Ochranu proti nechtěnému manuálnímu bolusu ve formě nutnosti potvrzení na dvou různých místech akceptujeme.**Dotaz č. 3:**

Ze zadávací dokumentace, konkrétně v příloze c_1_Technicka_specifikace, pro lineární dávkovače požaduje zadavatel ochranu před nechtěným podáním léčiva pacientovi po pádu přístroje.

Chápe uchazeč správně že zadavatel požaduje mechanickou ochranu pístu tlačného?

Odpověď č. 3:

Mechanická ochrana pístu tlačného vyhovuje zadání.**Dotaz č. 4:**

Ze zadávací dokumentace, konkrétně v příloze c_1_Technicka_specifikace,

- pro lineární dávkovače požaduje zadavatel: možnost umístění do dokovací stanice na 5 pozic a

Naše zn.: 2024/ 32454 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

- pro infuzní pumpy požaduje zadavatel: možnost umístění do dokovací stanice na 3 pozice aby účastník nabídku splnil potřebuje upřesnit, jaké umístění přístrojů v budoucnu má zadavatel přesně na mysli, zda požaduje u lůžka dva sloupce infuzní techniky, tedy zvlášť pro 5 lineárních dávkovačů a zvlášť pro 3 infuzní pumpy či jinak.

Bylo by pro zadavatele v budoucnu akceptovatelné řešení nabízené účastníkem a to dokovací stanice pro celkem 8 přístrojů u lůžka?

Odpověď č. 4:

Zadavatel akceptuje v budoucnu dokovací stanice na minimálně 6 pozic pro lineární dávkovače a infuzní pumpy.

Dotaz č. 5:

Ze zadávací dokumentace, konkrétně v příloze c_1_Technicka_specifikace, pro infuzní pumpy požaduje zadavatel: zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy.

Účastník rozumí smyslu výše uvedeného požadavku zadavatele, a to vzhledem k cílenému umístění infuzní techniky na pediatrické klinice, kdy chce zajistit bezpečnost pacientů od nejnižšího věku při minimální váze. Pro zajištění nejvyššího možného stupně bezpečnosti je však vhodné, aby k zabránění volného toku tekutiny do pacienta došlo s pomocí automatické bezpečnostní svorky a současně, aby infuzní pumpa umožňovala detekci vzduchu v infuzním systému a to i s možností nastavení velikosti vzduchových bublin, min. od velikost bubliny 10 μ l.

Bude zadavatel požadovat infuzní pumpu, kdy při neočekávaném vyjmutí setu z pumpy bude automaticky zabráněno samovolnému toku tekutiny do pacienta a současně pumpa umožní detekci vzduchových bublin v systému od velikosti 10 μ l?

Odpověď č. 5:

Zadavatel upřesňuje zadání - zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy za pomoci automatické bezpečnostní svorky a současně detekcí vzduchu v infuzním systému od minimální velikosti bubliny 10 μ l.

Zadavatel současně upravuje bod 9. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

a mění termín přijetí nabídek ze 8.4.2024 do 12:00 hod na 15. 4. 2024 do 12:00 hod

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784