

Naše zn.: 2024/ 36161 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Vaše zn.:

V Brně dne 10.4. 2024

Odpověď na dotazy k VZMR – Dokovací stanice s injektomaty a pumpami

P24V00000205

Dotaz č. 1:

Ze zadávací dokumentace, konkrétně v příloze c_1_Technicka_specifikace, pro lineární dávkovače požaduje zadavatel ochranu před nechtěným podáním léčiva pacientovi po pádu přístroje.
Chápe uchazeč správně, že zadavatel požaduje mechanickou ochranu pístu tlačného?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na stávajícím znění technické specifikace. Navrhované řešení mechanické ochrany pístu tlačného splňuje naše požadavky.

Dotaz č. 2:

Ze zadávací dokumentace, konkrétně v příloze c_1_Technicka_specifikace, pro infuzní pumpy požaduje zadavatel: zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy. Uchazeč rozumí smyslu výše uvedeného požadavku zadavatele, kdy chce zajistit bezpečnost pacientů před nechtěným podáním nejen při otevření dvířek, ale i při neočekávaném vyjmutí setu z pumpy. Tomuto riziku je možné zabránit s pomocí automatické bezpečnostní svorky, která je součástí infuzního, transfuzního či jiného setu. Současně je vhodné pro bezpečnost pacientů, aby infuzní pumpa umožňovala detekci vzduchu v infuzním systému, a to i s možností nastavení velikosti vzduchových bublin, min. od velikosti bubliny 10µl.
Bude zadavatel požadovat infuzní pumpu, kdy při neočekávaném vyjmutí setu z pumpy bude automaticky zabráněno samovolnému toku tekutiny do pacienta a současně pumpa umožní detekci vzduchových bublin v systému od velikosti 10 microl?

Odpověď č.2:

Zadavatel trvá na stávajícím znění technické specifikace.

Dotaz č. 3:

Ze zadávací dokumentace, konkrétně v příloze c_1_Technicka_specifikace, pro dokovací stanice požaduje zadavatel: možnost připojení čtečky čárového kódu.
Bude zadavatel akceptovat dokovací stanici splňující požadavky dle technické specifikace mimo požadavku na připojení čtečky čárového kódu?

Odpověď č.3:

Zadavatel bude akceptovat dokovací stanici dle technické specifikace v zadávací dokumentaci bez možnosti připojení čtečky čárových kódů.

Naše zn.: 2024/ 36161 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Zadavatel současně upravuje bod **9. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY**
a mění termín přijetí nabídek ze 15.4.2024 do 12:00 hod **na 19. 4. 2024 do 12:00 hod**

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784