

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: 71234621/0100

Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO

www.fnbrno.cz

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon))

Veřejná zakázka: Plicní ventilátory

dle § 85 odst. 2 písm. a)

Identifikační údaje zadavatele	Obchodní firma: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA IČ: 65269705
Předmět veřejné zakázky	Předmětem veřejné zakázky na dodávky bylo pořízení 1 ks plicního ventilátoru pro Pediatrickou kliniku, Neonatologické oddělení, Dětské nemocnice, Fakultní nemocnice Brno (část č. 1) a 4 ks plicních ventilátorů pro řízenou ventilaci pacienta pro JIP, Interní gastroenterologické kliniky, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno (část č. 2).
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/	<u>Část č. 1</u> Přístroj Fabian, typ: HFO 1 053 619,- Kč bez DPH <u>Část č. 2</u> 4 ks plicních ventilátorů typ Hamilton C1, výrobce Hamilton Medical 1 815 880,- Kč bez DPH

dle § 85 odst. 2 písm. b)

Zvolený způsob zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
----------------------------------	--------------------------------

dle § 85 odst. 2 písm. c) – vybraný uchazeč

Část č. 1

Uchazeč	DARTIN spol. s r.o.
Sídlo	Suchdolská 688, 252 62 Horoměřice
IČ:	40763781
DIČ:	CZ40763781
Důvod výběru	Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky. Nabídka uchazeče byla na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako nejvhodnější.

Část č. 2

Uchazeč	A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Sídlo	Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7
IČ:	63983524
DIČ:	CZ63983524
Důvod výběru	Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky. Nabídka uchazeče byla na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako nejvhodnější.

dle § 85 odst. 2 písm. d) – uchazeči a nabídkové cenyČást č. 1

Uchazeč č. 2	DARTIN spol. s r.o.
Sídlo	Suchdolská 688, 252 62 Horoměřice
IČ:	40763781
DIČ:	CZ40763781
Nabídková cena (bez DPH)	1 053 619,- Kč

Uchazeč č. 3	Drager Medical s.r.o.
Sídlo	Pod Sychrovem I-81, 101 00 Praha 10
IČ:	26700760
DIČ:	CZ26700760
Nabídková cena (bez DPH)	1 110 000,- Kč

Uchazeč č. 7	A. M. I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Sídlo	Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7
IČ:	63983524
DIČ:	CZ63983524
Nabídková cena (bez DPH)	813 616,- Kč

Část č. 2

Uchazeč č. 1	Covidien ECE s.r.o., organizační složka
Sídlo	Prosecká 852/66, 190 00 Praha 9
IČ:	27445241
DIČ:	CZ27445241
Nabídková cena (bez DPH)	2 596 000,- Kč

Uchazeč č. 4	CHEIRÓN a.s.
Sídlo	Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha
IČ:	27094987
DIČ:	CZ27094987
Nabídková cena (bez DPH)	772 500,- Kč

Uchazeč č. 5	Vision Matrix s.r.o.
Sídlo	Veverkova 730/20, 170 00 Praha Holešovice
IČ:	27229637
DIČ:	CZ27229637
Nabídková cena (bez DPH)	1 890 100,- Kč

Uchazeč č. 6	S & T Plus s.r.o.
Sídlo	Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
IČ:	25701576
DIČ:	CZ25701576
Nabídková cena (bez DPH)	918 000,- Kč

Uchazeč č. 7	A. M. I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Sídlo	Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7
IČ:	63983524
DIČ:	CZ63983524
Nabídková cena (bez DPH)	1 815 880,- Kč

dle § 85 odst. 2 písm. e) – vyloučení uchazeči

Část č. 1

Uchazeč č. 7	A. M. I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Sídlo	Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7
IČ:	63983524
Důvod vyloučení	Nabídka společnosti A. M. I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. byla hodnotící komisí vyřazena z dalšího posouzení, neboť hodnotící komise dospěla k závěru, že uchazeč nesplnil pro část. č. 1 zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci tím, že nesplnil požadavek zadavatele na min. hodnotu nastavitelné hodnoty středního tlaku v rozmezí min. 5 – 50 cmH ₂ O, když uchazeč ve své nabídce uvádí pouze rozmezí 5 – 40 cmH ₂ O; dále nesplnil požadavek na umožnění provozu přístroje z el. sítě (230 V, 50 Hz) a také z integrovaného akumulátoru min. 1,5 hodiny, když ve své nabídce uvádí pouze 1 hodinu; nesplnil také požadavek zadavatele na možnost rozšíření o integrovaný modul kapnometrie a uchazečem doložené ovládání a firmware není v českém jazyce.

Část č. 2

Uchazeč č. 1	Covidien ECE s.r.o., organizační složka
Sídlo	Prosecká 852/66, 190 00 Praha 9
IČ:	27445241
Důvod vyloučení	Nabídka společnosti Covidien ECE s.r.o., organizační složka byla hodnotící komisí vyřazena z dalšího posouzení, neboť hodnotící komise dospěla k závěru, že uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci tím, že nesplnil požadavek zadavatele na integrovaný nebulizátor v dodávaném přístroji (uchazeč ve své nabídce nabízí pouze externí nebulizátor).

Uchazeč č. 4	CHEIRÓN a.s.
Sídlo	Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha
IČ:	27094987

Důvod vyloučení	Nabídka společnosti CHEIRÓN a.s. byla hodnotící komisí vyřazena z dalšího posouzení, neboť hodnotící komise dospěla k závěru, že uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci tím, že nesplnil požadavek zadavatele na automod – zpětnovazební automatickou ventilaci pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity a neobsahuje ani jiné kvalitativně či technicky obdobné řešení.
-----------------	---

Uchazeč č. 6	S & T Plus s.r.o.
Sídlo	Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
IČ:	25701576
Důvod vyloučení	Nabídka společnosti S & T Plus s.r.o. byla hodnotící komisí vyřazena z dalšího posouzení, neboť hodnotící komise dospěla k závěru, že uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci tím, že nesplnil požadavek zadavatele na automod – zpětnovazební automatickou ventilaci pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity a neobsahuje ani jiné kvalitativně či technicky obdobné řešení.

dle § 85 odst. 2 písm. f) – odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

dle § 85 odst. 2 písm. g) – zdůvodnění použití soutěžního dialogu, jednacního řízení s uveřejněním či jednacního řízení bez uveřejnění

dle § 85 odst. 2 písm. h) – důvod zrušení zadávacího řízení

Zpráva zpracována dne:	15. 9. 2013
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	MUDr. Roman Kraus, MBA
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	