

Naše zn.: 2024/ 37840 /FNBRNO - 15.2.1 –On
Vaše zn.: -

V Brně dne 15. 4. 2024

VZMR Vyšetřovací UNIT pro OK, E-ZAK ev.č. P24V00000270

Odpovědi na vysvětlení dotazů

Dotaz č. 1:

V tabulce technické specifikace zadavatel požaduje u vyšetřovacího křesla nosnost min. 200 kg. Námi nabízené vyšetřovací křeslo má nosnost 150 kg. Námi nabízené vyšetřovací křeslo má nosnost 150 kg. Bude zadavatel akceptovat nabízený parametr a nevyloučí účastníka z účasti na veřejné zakázce?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 2:

V tabulce technické specifikace na štěrbinovou lampu zadavatel požaduje velikost zorného pole min. 6 – 40 mm. Námi nabízená velikost zorného pole u štěrbinové lampy je 5,5 – 34 mm (při zachování 5 různých zvětšení 6x – 40x). Bude zadavatel akceptovat nabízený parametr a nevyloučí účastníka z účasti na veřejné zakázce?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 3:

V tabulce technických požadavků na štěrbinovou lampu zadavatel požaduje posun základny štěrbinové lampy v ose nahoru dolů minimálně 35 mm. Námi nabízená štěrbinová lampa má posun základny nahoru dolů 25 mm. Bude zadavatel akceptovat nabízený parametr a nevyloučí účastníka z účasti na veřejné zakázce?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje dle přílohy č.1 –Technická specifikace, délku štěrbin: 0-15 mm kontinuálně nastavitelná.

Dodavatel nabízí délku 1 – 15mm. Bude zadavatel tuto skutečnost akceptovat a nevyřadí účastníka z výběrového řízení?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz dodavatele č. 5:

Zadavatel požaduje dle přílohy č.1 –Technická specifikace filtry: min. modrý, zelený, červený, žlutý, difuzní, UV.

Dodavatel nabízí všechny filtry kromě UV. Nové LED zdroje nevyzařují žádné UV záření, tím pádem již UV filtr není součástí štěrbinové lampy. Bude zadavatel tuto skutečnost akceptovat a nevyřadí účastníka z výběrového řízení?

Odpověď:

Pokud bude nabídnut přístroj s LED zdrojem světla, bude zadavatel akceptovat nabízené řešení.

Dále zadavatel mění bod č. 9. Výzvy k podání nabídek a prodlouží lhůtu pro podání nabídek do 18. 4. 2024 do 11:00 hod.

S pozdravem

Ing. Pavlína Ondráčková
tel. 532 233 805