

Naše zn.: 2024/38596/FNBRNO - 15.2.1 – Lu/Mo

Vaše zn.: -

V Brně dne 17. dubna 2024

Odpověď na dotazy II k VZMR - Mikroskop laboratorní ev.č. P24V00000271**Dotaz č. 1:**

Ve specifikaci je požadován tubus s meziočním rozstupem 48–75 mm.

Přijme zadavatel tubus s mezioční vzdáleností nastavitelnou v rozsahu 50–75 mm? Tento rozstup je u laboratorních mikroskopů běžný a zcela dostačující. Nemáme zkušenost, že by kdy byl potřeba rozstup okulárů menší, zejména jedná-li se o mikroskop pro dospělého pozorovatele.

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat tubus s meziočním rozstupem 50 - 75 mm.

Termín podání nabídky

Zadavatel mění bod 9. a původní termín pro podání nabídky 26. 4. 2024 do 11:00 hodin je nově změněn na 30. 4. 2024 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674