FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO 652 69 705

Investiční odbor / OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Sekretariát:
Tel.: 532 232 001

Naše zn.: 2024/ 46247 /FNBRNO - 15.2.1 –On
Vaše zn.: -

V Brně dne 9. 5. 2024

VZMR Myčka podložních mís, E-ZAK ev.č. P24V00000309

Odpovědi na vysvětlení dotazů

Dotaz č. 1:
Dávkovač změkčovadla a dezinfekce
Požaduje tímto zadavatel, aby v průběhu mycího – dezinfekčního programu došlo k dávkování jak změkčovadla, tak i dezinfekce tzn., že zadavatel bude využívat u mycích programů dávkování dvou prostředků – změkčovadla a dezinfekce a myčka podložních mís musí být vybavena dvěma čerpadly?

Odpověď:
Nepožadujeme současné dávkování dezinfekce a změkčovadla a není tedy nutné vybavení myčky dvěma čerpadly. Dávkovač dezinfekce není nutnou podmínkou.

Dotaz č. 2:
Nízkou spotřebu vody
Co je myšleno nízkou spotřebou vody. Může zadavatel upřesnit požadovanou spotřebu vody?

Odpověď:
Spotřeba vody by neměla překročit 25 l v intenzivním programu.

S pozdravem

Ing. Pavlína Ondráčková
tel. 532 233 805

Pavlína Ondráčková
Digitálně podepsal Pavlína Ondráčková
Datum: 2024.05.09 12:49:41 +02'00'