

Naše zn.: 2024/51480/FNBrno- 15.2.2 – Lu/Ru

V Brně dne 23. května 2024

VZMR – Inkubátory CO2 pro TTO a CAR II

E-ZAK sys. č. P24V00000361

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz č. 1:

V dokumentaci zadavatel požaduje: Uvedený přístroj nese označení "CE" (na přístroji a v uživatelském manuálu). Japonská společnost Astec, od níž vám nabízíme inkubátor, který splňuje specifikaci, nemá označení CE, ale má prohlášení o shodě (Declaration Of Conformity) o elektrické bezpečnosti.

Náš dotaz zadavateli:

Bude zadavatel souhlasit s nabídkou přístroje, který má toto prohlášení?

Odpověď č. 1:

Bohužel nebudeme akceptovat přístroj bez označení CE.

S pozdravem

Bc. Eva Rusňáková
obchodní oddělení FN Brno