

Naše zn.: 2024/53345/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Jo

V Brně dne 29. května 2024

VZMR – Rotační mikrotom

E-ZAK sys. č. P24V00000433

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci požadujete pro splnění minimálních technických podmínek:

Požadovaná technická specifikace:

- „rozsah trimování min. 10-30 μm “

Můžeme nabídnout přístroj, který má trimování v hodnotách 10 a 20 μm ?

Odpověď č. 1:

Pro zadavatele je tato změna přípustná.

Nikol John, BA
obchodní oddělení FN Brno