

Naše zn.: 2024/53368/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Jo

V Brně dne 29. května 2024

VZMR – Rotační mikrotom

E-ZAK sys. č. P24V00000433

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

V příloze č. 1: Technická specifikace Výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu, uvádíte Vaše požadavky na přístroj. Prosím Vás o odpověď na níže vypsane parametry.

Dotaz č. 1:

Horizontální rozsah min. 30 mm

Držák vzorku našeho mikrotomu je možné v rámci horizontálního rozsahu oddálit až o 28 mm. Tento rozsah je v rámci krájení standartních bloků i megabloků maximálně dostačující, a i vysoké bloky jsou na něm pohodlně nakrájeny. Je možné tento požadavek mírně poupravit, a tedy snížit požadavek na horizontální rozsah na až 28 mm?

Odpověď č. 1:

Pro zadavatele je tato změna přípustná.

Dotaz č. 2:

Vertikální rozsah min. 70 mm

V dalším bodě týkajícího se předmětu plnění požadujete „Vertikální rozsah min. 70 mm“. Náš mikrotom umožňuje zdvih 64 mm, což je pro pohodlnou obsluhu přístroje a kvalitní výsledky práce plně dostačující. Bude zadavatel akceptovat zdvih do 64 mm?

Odpověď č. 2:

Pro zadavatele je tato změna přípustná.

Dotaz č. 3:

Chladicí zařízení pro min.12 kazet

Co je myšleno pod pojmem chladicí zařízení? Má zadavatel na mysli elektrickou chladicí desku s aktivním chlazením bloků (a tedy nikoli pasivně chladicí desku)?

Odpověď č. 3:

Pod pojmem chladicí zařízení je myšlena elektrická chladicí deska s aktivním chlazením bloků.

Nikol John, BA
obchodní oddělení FN Brno