

Naše zn.: 2024/53737/FNBrno - 15.2.1 - Lu/Kou
Vaše zn.: -

V Brně dne 30. května 2024

Odpověď na dotazy k VZMR – Monitor transportní ev. č. P24V00000304

Dotaz:

V části 1 zadavatel požaduje baterii s výdrží 4 hodiny. Bude zadavatel akceptovat i zařízení s baterií s výdrží 2 hodiny?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel nebude akceptovat výdrž baterie min. 2 hodiny.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Ing. Dana Koukalová, tel.: 532 232 773

Naše zn.: 2024/53737/FNBrno - 15.2.1 - Lu/Kou