

Naše zn.: 2024/54765/FNBrno - 15.2.2 – Lu/Jo

V Brně dne 3. června 2024

VZMR – Inkubátory CO2 pro TTO a CAR II

E-ZAK sys. č. P24V00000361

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz č. 1:

1. Ve vašich technických požadavcích je požadavek „Regulace teploty min +5°C od okolní teploty až +50°C“

Je možné nabídnout přístroj, který má regulaci -15°C od okolní teploty, tedy je možné využít chlazení Peltierovými články, ale právě z důvodu možnosti chlazení, má rozsah pouze do +45°C ??

Odpověď č. 1:

Pro zadavatele je tato změna přípustná.

Dotaz č. 2:

Ve vašich technických požadavcích je požadavek „Mikroprocesové řízení s grafickým displejem“

Je možné nabídnout přístroj, který má LED displej ??

Odpověď č. 2:

Pro zadavatele je tato možnost přípustná.

Nikol John, BA
obchodní oddělení FN Brno