

Naše zn.: 2024/58863/FNBrno - 15.2.1. – Lu/Ho

V Brně dne 13. června 2024

VZMR – Laboratorní váhy

E-ZAK sys. č. P24V00000487

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Prosím o přehodnocení těchto parametrů (horní mez váživosti, odchylka linearity a čas ustálení).

Odpověď č. 1:

Zadavatel umožňuje úpravu parametrů na následující:

- horní mez váživosti: min 1220 g nebo vyšší
- odchylka linearity: max +- 3 mg
- doba ustálení: 2 s

Zadavatel bude vzhledem k úpravě zadávacích podmínek prodlužovat termín pro podání nabídky.

Ing Veronika Hofírková
obchodní oddělení FN Brno