

Naše zn.: 2024/58905/FNBRNO - 15.2.1 – Lu/Mo

Vaše zn.: -

V Brně dne 17. června 2024

Odpověď na dotazy k VZMR - Monitor hloubky vědomí ev.č. P24V00000450**Dotaz č. 1:**

Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 1 - Technická specifikace vyplývá, že zadavatel požaduje, aby dobíjecí baterie monitoru měla dostatečnou kapacitu na min. 2 h běžného provozu.

Uchazeč nabízí přístroj s výdrží baterie přibližně 1,5 hodiny provozu. Bude zadavatel akceptovat přístroj s výdrží baterie 1,5 hodiny provozu? Zadavatel by tak rozšířil možný počet účastníků a získal by tak výhodnější nabídky.

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat přístroj s výdrží baterie na min. 1,5 hodin běžného provozu.

Dotaz č. 2:

Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 1 – Technická specifikace vyplývá, že zadavatel požaduje dodat spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje. Může zadavatel upřesnit požadavek na spotřební materiál?

Odpověď č. 2:

Zadavatel požaduje spotřební materiál, díky kterému bude moci ověřit funkčnost přístroje a možnost měřit požadované parametry.

Oba požadované parametry (hloubku anestezie a odpověď na nocicepci) musí být měřitelné jednou elektrodou.

Zadavateli stačí 1 ks spotřebního materiálu pro ověření funkčnosti.

Dotaz č. 3:

Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 2 - Kupní smlouva vyplývá, že smlouva v čl. VIII. Obsahuje pouze sankce pro Dodavatele, aby byly smluvní podmínky vyvážené, mohl by Zadavatel zvážit vyspecifikovat i sankce pro Kupujícího v případě, že Kupující nezplatí za Zboží ve stanovené lhůtě ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den v prodlení? Navrhujeme např. takovou to formulaci:

VIII.9 Ocitne-li se Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za řádně dodané zboží ve sjednané lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Odpověď č. 3:

Zadavatel v Příloze č. 2 - Kupní smlouva v čl. VIII. odst. VIII.8 uvádí:

„Kupující se v případě prodlení s úhradou kupní ceny zavazuje uhradit Prodávajícímu úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.“

Dotaz č. 4:

Zadavatel uvádí v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace: Ovládání v českém jazyce

Bude zadavatel akceptovat intuitivní ovládání v anglickém jazyce s možností budoucí aktualizace do českého jazyka formou dalšího softwarového upgradu od výrobce ?

Menu přístroje aktuálně obsahuje běžně používané výrazy v anglickém jazyce.

Zadavatel si tím rozšíří možný okruh uchazečů.

Odpověď č. 4:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

Dotaz č. 5:

Zadavatel uvádí v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace: Vzorkovací frekvence 1045 Hz

Tento parametr omezuje možný okruh uchazečů pouze na 1 výrobce a lze ho proto považovat za diskriminační. Bude zadavatel akceptovat kontinuální algoritmus, který povede ke stejnému nebo obdobnému výsledku a ke stejnému klinickému využití ?

Zadavatel si tím rozšíří možný okruh uchazečů.

Odpověď č. 5:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

Termín podání nabídky

Zadavatel mění bod 10. a původní termín pro podání nabídky 18. 6. 2024 do 11:00 hodin je nově změněn na 26. 6. 2024 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674