

Naše zn.: 2024/63044/FNBRNO - 15.2.1 – Lu/Mo

Vaše zn.: -

V Brně dne 26. června 2024

Odpověď na dotazy k VZMR - Centrifugy ev.č. P24V00000271

Dotaz č. 1:

Součástí poptávky je i odstředivka typ B-1, malá stolní nechlazená vysokorychlostní centrifuga. Dle požadavků má mít rozsah otáček od 1000 do 14500 otáček za minutu, při odstředivé síle 14000 g.

Chceme se dotázat, co je prioritou, zda otáčky nebo odstředivá síla? Můžeme nabídnout odstředivku, jež dosáhne při otáčkách 14500 RPM odstředivé síly nižší - kolem 12400 g? Může být tato varianta akceptovatelná při splnění všech ostatních parametrů?

Odpověď č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat výše nabízenou variantu řešení.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674