

Naše zn.: 2024/62524/FNBrno - 15.2.1 - Lu/Kou
Vaše zn.: -

V Brně dne 27. června 2024

Odpověď na dotazy k VZMR – Infuzní stojany ev. č. P24V00000451**Dotaz č. 1:**

Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 1 Technická specifikace A, B, C vyplývá, že zadavatel požaduje: možnost regulace výšky stojanu v rozsahu minimálně 165 až 210 cm, aretace výšky pomocí šroubu pro ruční ovládání pro část A, B i C. Dodavatel nabízí zadavateli teleskopický stojan s nastavitelnou výškou 170 až 220 cm, kde se výška nastavuje pomocí mechanické aretační brzdy, která je při nastavení výšky jednodušší, rychlejší a uživatelsky přívětivější než nastavování výšky pomocí šroubu, kde je vždy nutnost použít nářadí, trvá déle a hrozí ztráta příslušenství. Zadavatel stojan účastníka již vlastní, tedy si může ověřit jeho rozsah i uživatelskou přívětivost. Bude zadavatel akceptovat stojan s nastavitelnou výškou 170 až 220 cm a s aretačním kolečkem k nastavení výšky? Zadavatel by tím rozšířil možný počet účastníků v jednotlivých částech a mohl by tak získat ekonomicky výhodnější nabídky.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje teleskopický stojan s nastavitelnou výškou v intervalu 1700 - 2200 mm, kde se výška stojanu nastavuje pomocí mechanické aretační brzdy.

Dotaz č. 2:

Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 1 Technická specifikace A, B, C vyplývá, že zadavatel požaduje: hmotnost stojanu maximálně 10 kg pro část A, B i C. Dodavatel nabízí zadavateli velmi kvalitní stojan o váze 12 kg, což současně konstrukčně zajišťuje jeho požadovanou vysokou nosnost a stabilitu. Zadavatel takový stojan účastníka již vlastní, tedy si může ověřit jeho uživatelskou přívětivost při manipulaci. Bude zadavatel akceptovat stojan s váhou 12 kg? Zadavatel by tím rozšířil možný počet účastníků v jednotlivých částech a mohl by tak získat ekonomicky výhodnější nabídky.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel akceptuje stojan s hmotností 12 kg.

Dotaz č. 3:

Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 1 Technická specifikace A, B, C vyplývá, že zadavatel požaduje: 4 x kovový háček z nerezového materiálu pro zavěšení infuzních vaků nebo košíků na infuzní lahve; nosnost jednoho háčku min. 5 kg pro část A, B i C. Dodavatel nabízí zadavateli velmi kvalitní stojan se čtyřmi háčky, kdy nosnost jednoho háčku je 2 kg, což je nosnost dostatečná/běžná pro objem infuze. Zadavatel takový stojan účastníka již vlastní, tedy si může ověřit dostatečnou nosnost háčků při podávání infuzní terapie. Bude zadavatel akceptovat stojan s nosností 2 kg na háček? Zadavatel by tím rozšířil možný počet účastníků v jednotlivých částech a mohl by tak získat ekonomicky výhodnější nabídky.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel akceptuje stojan se čtyřmi háčky, kdy nosnost jednoho háčku jsou 2 kg.

Dotaz č. 4:

Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 1 Technická specifikace C vyplývá, že zadavatel požaduje: Příslušenství 2 ks: odnímatelný, kovový, nerezový držák (košík) na infuzní lahve; - sestávající ze tří otevřených kroužků o průměrech 9, 5 a 3,5 cm, kde vzdálenost nejmenšího a největšího kroužku je 10,5 cm; - pozice v držáku pouze pro 1 ks lahve; - kompatibilní s nabízeným stojanem (zavěšeno na háček stojanu) pro část C. Dodavatel nabízí zadavateli velmi kvalitní odnímatelný kovový košík na infuze se třemi otevřenými objímkami o průměrech 9,5; 5,5 a 4,2 cm; a se vzdáleností nejmenšího a největšího kroužku 8 cm. Bude zadavatel akceptovat námi nabízený odnímatelný, kovový, nerezový košík na infuzní lahve? Zadavatel by tím rozšířil možný počet účastníků v jednotlivých částech a mohl by tak získat ekonomicky výhodnější nabídky.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel akceptuje kovový košík na infuze se třemi otevřenými objímkami o průměrech 9,5; 5,5 a 4,2 cm; a se vzdáleností nejmenšího a největšího kroužku 8 cm.

Dotaz č. 5:

Prosíme o upřesnění ohledně koleček.

Ve specifikaci je uveden požadavek: pět antistatických koleček s minimálním průměrem 65 mm.

Prosím o upřesnění, zda se jedná o rozměr A nebo rozměr B, který je uveden na fotografii v příloze.

**Odpověď na dotaz č. 5:**

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o rozměr označený pod písmenem **B** a požaduje průměr koleček s minimálním průměrem 65 mm.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Ing. Dana Koukalová, tel.: 532 232 773