

Naše zn.: 2024/63934/FNBRNO - 15.2.1 – Lu/Mo

Vaše zn.: -

V Brně dne 28. června 2024

Odpověď na dotazy k VZMR - Centrifugy ev.č. P24V00000502

Dotaz č. 1:

v rámci části 2 - Odstředivka typ B:

Je pro vás přípustné nabídnutí malé nechlazené vysokorychlostní centrifugy, které má nastavení otáček 200 až 14 000 /min (18 845 x g)?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat nabízenou variantu - nastavení otáček 200 až 14 000 RPM / 18 845 g.

Termín podání nabídky

Zadavatel mění bod 10. a původní termín pro podání nabídky 4. 7. 2024 do 12:00 hodin je nově změněn na 12. 7. 2024 do 12:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674