

Naše zn.: 2024/65196/FNBrno - 15.2.1 - Lu/Kou

Vaše zn.: -

V Brně dne 3. července 2024

Odpověď na dotazy k VZMR – ThermoMixer ev. č. P24V00000510

Dotaz:

Zadavatel požaduje parametr rychlost ohřevu min. 13 °C/ min. Nabízíme přístroj pro ohřev/míchání s fixním blokem pro 1,5 ml zkumavky, který dosahuje 11 °C/ minutu.

Požadovaná rychlost ohřevu 13 °C/ min. odpovídá přístroji s fixním blokem pro 2,0 ml zkumavky.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel bude akceptovat přístroj s fixním blokem pro 1,5 ml zkumavky s rychlostí ohřevu 11 °C/ min.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Ing. Dana Koukalová, tel.: 532 232 773

Naše zn.: 2024/65196/FNBrno - 15.2.1 - Lu/Kou