

Naše zn.: 2024/65962/FNBrno - 15.2.1 - Lu/Kou

Vaše zn.: -

V Brně dne 4. července 2024

Odpověď na dotazy k VZMR – Přístroj pro ohřev infuzí ev. č. P24V00000531

Zadání:

Nastavitelný ohřev krve na teplotu v intervalu min. 37°C – 42°C

Dotaz č. 1:

Je pro zadavatele akceptovatelná nastavená hodnota přístroje v rozmezí 33°C až 41 +/- 1,5°C?

Odpověď na dotaz č. 1:Zadavatel **nebude akceptovat** variantu s nastavenou hodnotou přístroje v rozmezí 33°C až 41 +/- 1,5°C a trvá na původní specifikaci.

Zadání:

Maximální rozměry v x š x h: 245 x 180 x 215 mm

Dotaz č. 2:

Je pro zadavatele akceptovatelný rozměr přístroje: 110 x 190 x 250 mm?

Odpověď na dotaz č. 2:Zadavatel **bude akceptovat** i variantu s rozměry přístroje 110 x 190 x 250 mm.

Zadání:

Set pro proudění krve a kapaliny bez injekčního portu.

Dotaz č. 3:

Je pro zadavatele akceptovatelný i set s injekčním portem?

Odpověď na dotaz č. 3:Zadavatel **nebude akceptovat** variantu se setem s injekčním portem a trvá na původní specifikaci.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Ing. Dana Koukalová, tel.: 532 232 773

Naše zn.: 2024/65962/FNBrno - 15.2.1 - Lu/Kou