

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2014/ /FNBRNO – 15.2.1 – Va/Du
Vaše zn.: -

V Brně 15. října 2014

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka pro Interní gastroenterologickou kliniku, Pracoviště medicíny dospělého věku - **6 ks monitorů, 2 ks telemetrie a 1 ks monitorovací centrály dle Části 1.)**, pro Gynekologicko-porodnickou kliniku, Pracoviště reprodukční medicíny - **1 ks monitoru vitálních funkcí dle Části 2.)** a Kliniku dětských infekčních nemocí, Pracoviště dětské medicíny - **1 ks monitoru vitálních funkcí dle Části 3.)**, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Medicínský účel – monitorování pacientu na jednotce intenzivní péče

Zadavatel umožňuje zájemcům podat nabídky v dílčím plnění v částech 1., 2. nebo 3.

Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.

Přístroje musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., nebo NV 453/2004 pro IVD, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

2. Obchodní podmínky:

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text kupní smlouvy k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy dle dílčího plnění pro část do které podává nabídku (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3. Další podmínky zadavatele

Součástí nabídky musí být, v českém jazyce:

- ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, s uvedením klasifikační třídy
- doklad o splnění oznamovací povinnosti autorizovaného servisu v ČR dle § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
- servis na přístroje, včetně náhradních dílů a upgrade SW
- čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku na minimálně 10 let od dodání/ukončení výroby
- CD x1, které bude obsahovat: Prohlášení o shodě, CE certifikát, Uživatelský manuál v ČJ, Uživatelský manuál v AJ (je-li výrobce přístroje mimo ČR)

Zadavatel doporučuje zájemcům též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli zájemce, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu, možnosti zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 72 hodin),
- seznam možného příslušenství včetně aktuální cen
- seznam pracovišť vybavených daným typem přístroje
- podrobný popis veškerého příslušenství
- doplnění níže uvedené tabulky

Místo servisu	Servisní práce: KČ/ hod	Cestovné: KČ/ km	Doba nástupu na opravu v záruce / mimo záruku	Zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské opravy	Čestnost předepsané servisní kontroly / PBTk	Cena předepsané servisní kontroly / PBTk	Klasifikační třída zdravotnického přístroje
Poznámky							

Pozn.: Tyto dokumenty jsou čistě informativní, požadované za účelem zjištění případných pozáručních servisních podmínek zájemce, možností dokoupení příslušenství, apod.

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit (z jakéhokoliv důvodu) až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Celková nabídková cena bude zpracována jako celková nabídková cena za část 1. nebo část 2. nebo část 3. v Kč bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH, a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění, tj. zejména dopravu zboží

do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly bez nároku na úplatu nad rámeček kupní ceny.

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH v dílčím plnění dle odst. 1. Vymezení předmětu plnění

6. Poskytování dodatečných informací

- V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

7. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě v listinné podobě a bude vložena do obálky označené slovy „Nabídka – **Monitory a monitorovací soubor - Neotevírat**“.

Nabídka bude obsahovat:

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,
- krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.,
- návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy,
- doklady dle 3. bodu této výzvy,
- cenová nabídka dle 4. bodu této výzvy.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

8. Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 5.11.2014 do 11,00 hod.

Místo:

- poštou doporučeně na adresu:

Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno

- osobně na výše uvedené adrese pavilon P, Odboru obchodu a marketingu – Obchodní oddělení přízemí, dveře č. 1062 v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod

9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace pro část 1.,2. a část 3 .
Příloha č. 2 – Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Lesya Dudchuková, tel. 532 232 127

Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

Část 1.)

Jedná se o dodání 6 ks monitorů vitálních funkcí, dvou telemetrických vysílačů a centrálního monitoru s tiskárnou, včetně standardního příslušenství pro pacienty. Přístroje jsou určeny pro Interní gastroenterologickou kliniku – jednotku intenzivní metabolické péče. Součástí dodávky musí být kompletní instalace na pracovišti a propojení monitorů a telemetrie k centrálnímu monitoru bez nároků na stavební připravenost.

Požadavky na monitory - 6 ks:

Modulární monitory vitálních funkcí komunikující s personálem v českém jazyce.

Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství a materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu a fixačního zařízení pro bezpečné uchycení monitorů u lůžek.

Základní vybavení:

Barevná TFT obrazovka o úhlopříčce min. 10", simultánní zobrazení všech parametrů. Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu.

Měření a zobrazení:

- EKG: až 12-ti svodového EKG, ST analýza, arytmie, detekce pacemakeru, možnost použití 3 nebo 5-ti svodových kabelů, automatická identifikace 3/5 svodového EKG kabelu
- zobrazení všech EKG svodů v plném rozlišení
- Respirace
- Puls – možnost snímání z EKG křivky i saturace O₂
- Saturace O₂ (SpO₂)
- Neinvazivní krevní tlak
- 1x teplota
- 1x invazivní krevní tlak, včetně kabelu pro připojení snímače TK – **pouze u 4 monitorů**
- tabulkové a grafické trendy - min. 24 hod.
- zobrazení panelu grafických trendů
- číselné hodnoty znaků životních funkcí zobrazit v rozlišení jedna minuta
- nastavení a automatické zobrazení alarmů od všech měřených funkcí

Požadavky na telemetrii:

- 2x EKG/SpO₂ telemetrický vysílač, včetně veškerého příslušenství pro připojení k centrálnímu monitoru (antény, přijímače kabely apod.)
- automatická identifikace 3/5 svodového EKG kabelu
- snímání až 3 svodů EKG
- možnost budoucího rozšíření min. na 12 vysílačů
- tlačítko nouzového volání na vysílači
- napájení min. pro 24 hodin přenosu EKG a SpO₂
- nastavení frekvence/výkonu musí odpovídat právním a správním předpisům v ČR

Požadavky na centrální stanici:

- Centrální stanice, s barevným TFT monitorem a s min. 19" displejem, kompatibilní s nabízenými monitory a EKG/SpO₂ telemetrickými vysílači (jedna společná centrála), komunikující s nimi v českém jazyce, doplněná o laserovou tiskárnu umožňující tisk monitorovaných parametrů.

Minimální požadavky:

- připojení min. 8 lůžek s možností rozšíření na min. 14 lůžek.
- plné zobrazení vybraného monitoru, telemetrického modulu
- možnost vstupu údajů o pacientech
- sledování a zobrazování všech měřených funkcí od všech pacientů současně
- pokročilé měření a vyhodnocování arytmií a ST analýza
- nastavení a automatické zobrazení (i zvukové) alarmů od všech měřených funkcí
- plná obousměrná komunikace s připojenými monitory (např. Ethernetová síť s plně digitálním přenosem dat)
- tabulkové a grafické trendy - min. 96 hod.
- záznam EKG (full disclosure) - min. 96 hod.
- zobrazování stavu baterie telemetrie

Část 2.)

Požadavky na přístroj:

Uživatelsky konfigurovatelný monitor vitálních funkcí komunikující s personálem v českém jazyce. Barevná LCD obrazovka o úhlopříčce min. 12", min. 3 křivky, alfanumerické zobrazení měřených parametrů.

Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu.

Požadujeme kompatibilitu se stávajícími monitory MMED 6000DP/SF, jedná se o dovybavení pracoviště.

Základní vybavení:

- ekg křivka, základní arytmie
- respirace
- puls
- saturace O₂
- neinvazivní krevní tlak
- tabulkové a grafické trendy - volitelně až do 24 hod

Možnost rozšíření:

- invazivní krevní tlak
- teplota
- kapnografický modul (CO₂)

Část 3.)

Modulární monitory vitálních funkcí komunikující s personálem v českém jazyce.

Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství (pro novorozence a děti) a materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu a fixačního zařízení pro bezpečné uchycení monitorů.

Požadujeme kompatibilitu se stávajícími monitory BeneView T5, jedná se o dovybavení pracoviště.

Požadované vlastnosti:

Základní vybavení:

Barevná dotyková LCD obrazovka o úhlopříčce min. 10", min. 6 křivek, alfanumerické zobrazení měřených parametrů. Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulsu.

Měření a zobrazení:

- ekg křivka, modul aritmií, detekce pacemakeru, možnost použití 3 nebo 5-ti svodových kabelů
- respirace
- puls – možnost snímání z ekg křivky i sat. O₂
- saturace O₂ (SpO₂)
- neinvazivní krevní tlak
- 2x invazivní krevní tlak, včetně kabelu pro připojení snímače TK
- tabulkové a grafické trendy - volitelně - min. 24 hod.
- nastavení a automatické zobrazení alarmů od všech měřených funkcí

Rozšiřitelnost:

kapnometr (etCO₂)