

Naše zn.: 2024/68656/FNBrno- 15.2.1 – Lu/Ru

V Brně dne 15. července 2024

## **VZMR – Endoskopický monitor**

E-ZAK sys. č. P24V00000551

### **Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace**

#### **Dotaz č. 1:**

Zadavatel požaduje monitor o úhlopříčce min 32 palců, min. HD rozlišení a poměr stran 16:9. Umožní zadavatel dodání běžně používaného monitoru značky Olympus s parametry: úhlopříčka 31,5 palce, rozlišení 4K a poměr stran 16:9?

#### **Odpověď č. 1:**

Zadavatel umožní dodání monitoru s úhlopříčkou 31,5 palce. Ostatní nabízené parametry vyhovují technické specifikaci.

S pozdravem

Ing. Eva Rusňáková  
obchodní oddělení FN Brno