

Brno 20. září 2012

Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění

Předmětem plnění je dodávka **operačního rektoskopu s příslušenstvím** pro Chirurgickou kliniku, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno dle přiložené technické specifikace příloh.

Medicínský účel – systém se bude používat při operačních zákrocích k vyšetření konečníku.

2. Místo a doba plnění

- Místem plnění je FN Brno, PMDV, CHK
- Doba plnění je součástí nabídky uchazeče.

3. Podmínky pro plnění

Nabídka bude obsahovat:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
- vlastní nabídku
- záruční lhůta min. 24 měsíců
- servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně
- prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy v českém jazyce
- označení CE
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

- Celková nabídková cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním přístrojů včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a vyčíslením výše DPH zvlášť
- Platební podmínky – platba proti faktuře po splnění dodávky se splatností faktura 90 dnů. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podepsání předávacího protokolu.

5. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

- Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny

6. Způsob hodnocení nabídek

- Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena

7. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit výběrové řízení

8. Termín a způsob podání nabídky

do 02.10.2012.2012 do 11,00 hod.

- a) poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů- obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- b) osobně na výše uvedené adrese na sekretariátě Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001

- c) nabídka bude označena – „**Nabídka – Operační rektoskop s příslušenstvím - Neotvírat** “

9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
v z. Martina Střechová

Přílohy :

Technická specifikace

Technická specifikace

Videoprocessor s kamerovou hlavou

3---chipová full HDkamera,
Rozlišení 1920 x 1080 pixelů
Progresivní scan
Formát obrazu 16:9
Hlava kamery s integrovaným parfokálním optickým zoomem
Ohnisková vzdálenost $f = 15 - 31\text{mm}$ (2x)
Ovládání programovatelnými tlačítky z hlavy kamery
Automatická regulace jasu nezávisle na zdroji světla
Dezinfekce kamery pomocí namáčení, plynové a plazma sterilizace.
2xUSB port na elektronické jednotce kamery sloužící k připojení externí tiskárny a k archivaci na externí disk (fotografie FullHD(jpeg), video PAL/NCSC(mp4)).
Včetně klávesnice a 2x 4GB USBkey.
Video výstup: 2x DVI

Medicínský monitor

Flat screen širokoúhlý monitor s úhlopříčkou 26" včetně stojanu
Připojení k VESA 100
Full HD formát 16:9
Maximální rozlišení 1920 x 1080 pixelů
Ochranná skleněná deska pro lepší hygienu
Svítivost minimálně 400 cd/m²
Kontrastní poměr 700:1
Pozorovací úhel 178°
Odezva minimálně 12 ms
Váha do 15 kg
Vstupy videa :
RGB/VGA
DVI---D
S---Video
composite
výstupy videa :
DVI---D
S---VIDEO
Composite

Zdroj světla + Světlovodný optický kabel

Xenonový zdroj s výkonem minimálně 175 W s manuálně kontrolovaným ovladačem intenzity světla.
Garantovaná životnost xenonové výbojky minimálně 500 h.
Světlovodný optický kabel:
Délka alespoň 180 cm,
Průměr 3,5 mm

Operační rektoskop

Optika:
Lomený okulár optiky 45°
Úhel pohledu 30°
Délka 21 cm
Průměr 5 mm,
autoklávovatelná,
připojitelná ke standardním okulárům kamerové hlavy
připojení k nejrozšířenějším světlovodným optickým kabelům

Tubus:

Průměr 40mm

Pracovní délka 15 cm

Rukojeť připojitelná ke stávajícímu držáku

Luerlock k upouštění dýmu

Včetně obturátoru

Autoklárovatelný

Pracovní část:

Pro použití s optikou a tubusem viz výše,

Obsahuje :

2x instrumentální port 5mm,

1x instrumentální port 12mm,

Port k připojení insuflace

Autoklárovatelný

Pokud je uveden číselný technický parametr, zadavatel akceptuje toleranci + - 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.

Další podmínky:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas...)
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ .
- označení přístroje „ CE “
- délka záruky min. 24 měsíců
- doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31 v platném znění (prodej, servis)
- uveďte místo servisu v ČR, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce **s oceněním** jednotlivých položek
- bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti
- 2x návod v ČJ (1x tištěný při předání a 1x na CD s nabídkou)
- roční náklady na spotřební materiál
- podrobný popis veškerého příslušenství