

Naše zn.: 2024/77757/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ru

V Brně dne 12. srpna 2024

VZMR – Laminární boxy II

E-ZAK sys. č. P24V00000632

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1 k technické specifikaci části 1. Laminárního boxu pro NL FN Brno:

Je pro vás přípustné nabídnutí laminárního boxu II. třídy, který má pracovní plochu užité šířky 1192 mm a užitou hloubku 580 mm?

Odpověď č. 1:

Ano, je přípustné.

Dotaz č. 2:

Dotaz č. 2 k návrhu kupní smlouvy u obou částí tedy části 1 i části 2

Tímto prosíme, aby poskytnutý vzorový návrh kupní smlouvy byl upraven v souladu se ZD dokumentací a do článku VII.6 KS bylo doplněno- pokud to charakter přístroje umožňuje (tak jak to je v ZD a příloze č.1 Excell Technická specifikace – další podmínky)

Tedy takto: Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy Zboží zapůjčí a nainstaluje Kupujícímu bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, pokud to charakter přístroje umožňuje.

Odpověď č. 2:

Ano, lze upravit/doplnit KS

S pozdravem

Ing. Eva Rusňáková
obchodní oddělení FN Brno