

Naše zn.: 2024/78349/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ru

V Brně dne 13. srpna 2024

VZMR – Laminární boxy II

E-ZAK sys. č. P24V00000632

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz č. 1:

U boxu "Var. B - 1ks NL Dětská nemocnice" požadujete čelní okno výklopné. U námi nabízeného boxu lze čelní okno po odmontování opěrek na ruce vysunout pod úroveň pracovní plochy, čímž lze zpřístupnit i horní část pracovního prostoru. Toto řešení je funkčně srovnatelné a v mnoha ohledech i lepší než okno výklopné. Budete akceptovat i takové řešení?

Odpověď č. 1:

Ano, okno může být posuvné.

S pozdravem

Ing. Eva Rusňáková
obchodní oddělení FN Brno