

Naše zn.: 2024/80195/FNBrno- 15.2.1 – Lu/Ru

V Brně dne 19. srpna 2024

VZMR – Laminární boxy II

E-ZAK sys. č. P24V00000632

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace**Dotaz č. 1:**

Požadujete nízkou hlučnost – max 55dB.

Je možné nabídnout zařízení s hlučností do 56 dB?

Domníváme se, že požadavek na maximální hlučnost závisí na umístění zařízení a struktuře místnosti, požadavek na maximální hlučnost boxu může být tedy zavádějící.

Žádáme zadavatele o zvážení uvolnění požadavku na maximální hlučnost.

Odpověď č. 1:

Hlučnost může být do 56dB.

Dotaz č. 2:

Požadujete transparentní (prosklené) boční stěny.

Je možné nabídnout zařízení s plnými bočními stěnami?

Plné boční eliminují rušivé světlo z okolního prostoru a v kombinaci s požadovaným osvětlením vnitřního prostoru je tak zajištěno homogenní pracovní prostředí uvnitř boxu.

Odpověď č. 2:

Zadavatel vyžaduje transparentní (prosklené) stěny.

S pozdravem

Ing. Eva Rusňáková
obchodní oddělení FN Brno