

Naše zn.: 2024/80619/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ru

V Brně dne 20. srpna 2024

VZMR – Transportní lehátka

E-ZAK sys. č. P24V00000649

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz č. 1:

Zadavatel v bodě číslo 3 technické specifikace uvádí výšku lehátka 65 cm s tolerancí max. ± 5 cm. Rádi bychom se zeptali, zda zadavatel umožní nabídnout lehátko o výšce ložné plochy 74 cm? Jako uchazeč se domníváme, že výška 74 cm je pro optimální funkci lehátka naprosto v pořádku a neměla by limitovat pacientky ani menšího ani většího vzrůstu. Pro personál by navíc vyšší ložná měla být výhodná při transportu pacientek z lehátka na lůžko a opačně.

Odpověď č. 1:

Akceptujeme vyšší ložní plochu (74 cm).

S pozdravem

Ing. Eva Rusňáková
obchodní oddělení FN Brno