

Naše zn.: 2024/ 79745 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Vaše zn.:

V Brně dne 16.8. 2024

Odpověď na dotazy k VZMR – Vyšetřovací světlo

P24V00000603

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci je požadavek:

- Pojízdná varianta světla s kloubovým ramenem délka min 80cm

Dotaz č. 1: Bude zadavatel akceptovat délku kloubového ramene 70 cm?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

- Intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1m): min. 40 000 lx.

Dotaz č. 2: Bude zadavatel akceptovat intenzitu osvětlení 60 000 lx ve vzdálenosti 0,5m ?

Odpověď č. 2:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení

Zadavatel současně upravuje bod **9. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY**
a mění termín přijetí nabídek ze dne 23. 8. 2024 do 12:00 hod **na 2. 9. 2024 do 12:00 hod**

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
obchodního oddělení

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784