

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2014/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/St
Vaše zn.: -

V Brně 4.listopadu 2014

Odpovědi na dotazy k VZMR – Videolaryngoskop II

Dotaz č 1:

Zadavatel požaduje:

1 ks videolaryngoskopu (laryngoskop se zabudovanou kamerou) na pevném stojanu s rychloupínáním, s titanovou lžící č. 4 a konvenční lžící č. 5. Titanová lžice musí mít nízký profil – max. 11 mm pro snadnou intubaci pacientůs omezenou možností otevření úst

Je zadavatelem akceptovatelné:

- pokud výrobce nabízí všechny lžice s nízkým profilem z velmi odolné slitiny (nerezavějící ocel), která je velmi odolná vůči tlaku a nemůže tak dojít k jejímu zlomení v průběhu intubace?
- pokud výrobce nabízí patentovanou lžici s větším poloměrem zakřivení navrženou přímo pro obtížnou intubaci, která odpovídající velikosti č. 5?

Odpověď č.1:

- Zadavatel trvá na svém požadavku na dodání titanové lžice z důvodu biokompatibility.
- Zadavatel požaduje standardní úhel zakřivení lžice a nepřipouští větší poloměr zakřivení.

Dotaz č 2:

Zadavatel požaduje:

Účinné protizamlžovací zařízení optiky lžice s okamžitým náběhem, zabraňující zamlžení optiky po zavedení laryngoskopu do ústní dutiny

Námi nabízený systém je navržen tak, aby nedocházelo k zamlžení optiky. Díky LED technologii nedochází k zahřívání distálního konce lžice a tedy ani k zamlžení C-MOS chipu.

Je zadavatelem tento systém akceptovatelný?

Odpověď č.2:

- Zadavatel trvá na požadavku na účinné protizamlžovací zařízení optiky lžice, které zabrání kondenzaci vodních par z vydechaného vzduchu dané poklesem teploty tohoto vydechaného vzduchu pod teplotu rosného bodu na chladném povrchu lžice.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Naše zn.: 2014/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/St