

Naše zn.: 2024/82312/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ru

V Brně dne 26. srpna 2024

VZMR – Laminární boxy II

E-ZAK sys. č. P24V00000632

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz č. 1:

V jakém podlaží se nachází místo plnění Var. A a Var. B

Odpověď č. 1:

Varianta A - přízemí

Varianta B - přízemí - 1.nadzemní podlaží

Dotaz č. 2:

Lze využít k nastěhování technologie do patra výtah pro var. A a pro var. B?

Odpověď č. 2:

Varianta A – jelikož se jedná o přízemí výtah není potřeba

Varianta B - lékárna se nachází v 1.nadzemním podlaží - přízemí, výtah není potřeba, k nastěhování technologie je možno využít zadní vstup do lékárny s využitím rampy, výtah není potřeba.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje ZD pro var. A pracovní plocha min. šířka 1200x600x650 mm - bude zadavatel akceptovat nabízené vnitřní rozměry ŠxHxV: 1192x580x740 mm?

Odpověď č. 3:

Zadavatel bude akceptovat rozměry požadované pracovní plochy s tolerancí +/- 30 mm.

S pozdravem

Ing. Eva Rusňáková
obchodní oddělení FN Brno