

Naše zn.: 2024/85011/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ru

V Brně dne 4. září 2024

### **VZMR – Gynekologické vyšetřovací křeslo III**

E-ZAK sys. č. P24V00000649

#### **Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace**

**Dotaz č. 1:**

V zadávací dokumentaci, v příloze číslo 1 technická specifikace, je uvedeno: „Min. třídílná plocha křesla“

Může uchazeč nabídnout křeslo s dvoudílnou plochou?

**Odpověď č. 1:**

Požadovaná specifikace na třídílnou ložnou plochu je nutná s ohledem na plánované ošetření i hendikepovaných pacientů.

S pozdravem

Ing. Eva Rusňáková  
obchodní oddělení FN Brno