

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2014/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/St
Vaše zn.: -

V Brně 13. listopadu 2014

Odpovědi na dotazy k VZMR – FN Brno – Traumateam ČR modul č 8

Dotaz č. 1:

„FN Brno – Traumateam ČR modul č 8“ – Část: Monitory vitálních funkcí

**Zadavatel uvádí v příloze č. 1 technická specifikace požadavek:
Baterie min na 3,5 hodin provozu**

Dotaz:

Bude zadavatel považovat tento parametr za splněný, pokud uchazeč nabízí technické řešení, které zahrnuje ve své specifikaci veškeré parametry uvedené v technické specifikaci, pouze u požadavku na baterie nabídne dobu provozu 3 hodiny. Tato hodnota je pro transportní určení přístroje zcela dostatečná.

Odpověď č.1:

Zadavatel trvá na min. provozu baterie 3,5 hod. a bude akceptovat pouze 10% odchylku.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Martina Střechová

Naše zn.: 2014/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/St