

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „Stabilní vozík pod přístroj s min. 4 antistatickými kolečky, z nichž min. 2 s brzdou, odolný běžným dezinfekčním prostředkům na operačních sálech - 1 ks“. Účastník nabízí přístroj kompaktních rozměrů, který lze umístit na stativ nebo do endoskopické sestavy. **Skutečně Zadavatel požaduje vozík nebo bude akceptovat kompaktní řešení přístroje?**

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje“

„Propojovací kabel pro monopolární stimulaci autoklávovatelný dle vyhlášky 306/2012Sb. (134 °C, 5 min) - min. 2 ks

Jednorázová monopolární jehlová elektroda - min. 48 ks

Jednorázová monopolární kuličková sonda - min. 10 ks“

Účastník se domnívá, že pro ORL je vhodnější a bezpečnější bipolární stimulace. **Bude Zadavatel akceptovat dodání bipolárních elektrod na místo monopolárních tzn. celkem 10 ks bipolárních elektrod s kabelem?**