

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO
www.fnbrno.cz

Brno 26. září 2012

Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění

Předmětem plnění je dodávka **1ks Tromboelastografu** pro Klinikou dětské anesteziologie a resuscitace, Pracoviště dětské medicíny/Dětská nemocnice, FN Brno dle přiložené technické specifikace.

Medicínský účel – Pro akutní diagnostiku koagulačních poruch v průběhu operace a v pooperačním monitorování a v průběhu použití ECMO.

2. Místo a doba plnění

- Místem plnění je FN Brno, PDM/DN, KDAR
- Doba plnění : splnění dodávky do 15.11.2012 a je podmínkou zadavatele

3. Podmínky pro plnění

Nabídka bude obsahovat:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
- vlastní nabídku
- záruční lhůta min. 24 měsíců
- servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době
- pravidelné servisní prohlídky (PBTK) předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně a bez vyzvání
- prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy v českém jazyce
- označení CE
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

- Celková nabídková cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním přístrojů včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a vyčíslením výše DPH zvlášť
- Platební podmínky – platba proti faktuře po splnění dodávky s termínem splatnosti do 31.12.2012. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podepsání předávacího protokolu.

5. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

- Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny

6. Způsob hodnocení nabídek

- Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit výběrové řízení

8. Termín a způsob podání nabídky

do 5.10.2012 do 11,00 hod.

- a) poštou doporučeně na adresu:

Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů- obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno

- b) osobně na výše uvedené adrese na sekretariátě Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001

- c) nabídka bude označena – „**Nabídka – Tromboelastograf 2 - Neotvírat**“

9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy :

Technická specifikace

Technická specifikace na přístroj k měření profilu hemostázy (tromboelastograf) pro KDAR, PDM

Medicínský účel:

Pro akutní diagnostiku koagulačních poruch v průběhu operace a v pooperačním monitorování a v průběhu použití ECMO.

Požadavky na přístroj:

- Stolní přístroj k provádění, zobrazení a vyhodnocení tromboelastogramu z plné krve pacienta
- Minimálně 2 nezávislé kanály
- Standardizované reagentie a kontrolní materiály
- Nastavitelná teplota měření 37°C (\pm 10%), nezávisle na jednotlivých kanálech
- Měřené parametry [koag. čas (CT / R), kinetika tvorby koagula (CFT / K), úhel α , pevnost koagula (MCF / MA), amplituda v čase (A / TMA), lyzační indexy (CL / LI), ACT, stupeň inhibice funkce trombocytů (%)]
- Stanovení kompletního profilu hemostázy z měření na jednom měřicím kanálu
- Připojení tiskárny, případně i čtečky čárových kódů
- PC sestava včetně softwaru pro tromboelastogramy v ceně nabídky
- Automatická pipeta

Obecné požadavky na přístroj:

- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230V / 50 Hz

Další podmínky:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas ...)
- kompletní dodávka musí obsahovat i nezbytné příslušenství a spotřební materiál pro první uvedení do provozu.
- prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a 336/2004 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy
- označení přístroje značkou „CE“
- délka záruky min. 24 měsíců
- doklad o splnění zákona 346/2003 Sb., § 31 v platném znění
- uveďte místo servisu v ČR, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb., v platném znění, včetně nutného spotřebního materiálu, musí být prováděny v záruční době bezplatně a bez vyzvání
- Vstupní a 2 vyžádaná školení obsluhy zdarma
- dva návody k přístroji v českém jazyce (pokud možno 1x na CD ve formátu *.doc ev. *.pdf)
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek