

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

Zadavatel požaduje ventilátor pro děti a dospělé. Myslí tím zadavatel pacienty od 5kg?

Odpověď:

Ano, předpokládá se, že plicní ventilace budou používány i pacienty ve věku 1 roku, tedy lze předpokládat i použití při váze od 5 Kg. Nicméně zadavatel nikterak neomezil předmět zakázky podle váhy pacientů.

Dotaz:

Zadavatel požaduje nastavení fmin. Požaduje zadavatel toto pro všechny ventilační režimy? Např. u režimu PSV se jedná o důležitou součást ventilace pacientu v domácím prostředí.

Odpověď:

Ano, zadavatel požaduje fmin u všech režimů.