

Naše zn.: 2024/100294/FNBrno - 15.2.1– Lu/Že
Vaše zn.: -

V Brně dne 18. 10. 2024

Odpověď na dotaz k VZMR – Elektrokoagulační přístroj
P24V00000766**Dotaz č. 1:****Požadavek: u všech typů řezů a koagulace nastavení efektu (min. 3 stupně) a plynulé omezení výkonu**

Námi nabízený elektrochirurgický generátor má nastavení efektu (min. 3 stupně) u většiny typů řezů a koagulace. U některých až 9 stupňů. U některých speciálních typů řezů a koagulace, např. kardio srdeční a hrudní, argonové, a některé koagulační, nastavení efektu není, protože tyto typy řezů a koagulace mají speciální nastavení už obsažené z výroby a nastavení efektu nemá vliv na klinický účel a použití. Bude zadavatel akceptovat nabídku elektrochirurgického přístroje, který má nastavení efektu (min. 3 stupně) u většiny typů řezů a koagulace a plynulé omezení výkonu?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat i variantu elektrochirurgického přístroje, který má nastavení efektu (min. 3 stupně) u většiny typů řezů a koagulace a plynulé omezení výkonu, za podmínky splnění všech dalších podmínek plynoucích z technické specifikace.

Dotaz č. 2:**Požadavek: kabel na bipolární pinzetu standard Erbe délka min. 5 m – 1 ks**

Bude zadavatel akceptovat nabídku kabelu na bipolární pinzetu dvoupinové zakončení standard Erbe délka 4,5 m – 1 ks?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel bude akceptovat i variantu kabelu na bipolární pinzetu dvoupinové zakončení standard Erbe délka 4,5 m – 1 ks, za podmínky splnění všech dalších podmínek plynoucích z technické specifikace.

Dotaz č. 3:**Požadavek: kabel na bipolární pinzetu dvoupinové zakončení standard Erbe délka min. 5 m**

Bude zadavatel akceptovat nabídku kabelu na bipolární pinzetu dvoupinové zakončení standard Erbe délka 4,5 m – 1 ks?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel bude akceptovat i variantu kabelu na bipolární pinzetu dvoupinové zakončení standard Erbe délka 4,5 m – 1 ks, za podmínky splnění všech dalších podmínek plynoucích z technické specifikace.

Naše zn.: 2024/100294/FNBrno - 15.2.1– Lu/Že

Dotaz č. 4:

Požadavek: bayonetová pinzeta délky 170 mm, tloušťka hrotu 0,7 mm, autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2022 Sb. (134°C, 5 min.) – 1 ks

Bude zadavatel akceptovat nabídku bayonetové pinzety délky 160 mm, tloušťka hrotu 0,6 mm, autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2022 Sb. (134°C, 5 min.) – 1 ks?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel bude akceptovat i variantu bayonetové pinzety délky 160 mm, tloušťka hrotu 0,6 mm, autoklávovatelné dle vyhlášky 306/2022 Sb. (134°C, 5 min.) – 1 ks, za podmínky splnění všech dalších podmínek plynoucích z technické specifikace.

Dotaz č. 5:

Požadavek: bayonetová pinzeta délky 200 mm, tloušťka hrotu 0,7 mm, autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2022 Sb. (134°C, 5 min.) – 1 ks

Bude zadavatel akceptovat nabídku bayonetové pinzety délky 200 mm, tloušťka hrotu 0,6 mm, autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2022 Sb. (134°C, 5 min.) – 1 ks?

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel bude akceptovat i variantu bayonetové pinzety délky 200 mm, tloušťka hrotu 0,6 mm, autoklávovatelné dle vyhlášky 306/2022 Sb. (134°C, 5 min.) – 1 ks, za podmínky splnění všech dalších podmínek plynoucích z technické specifikace.

Dále zadavatel mění termín pro podání nabídek do 29. 10. 2024 do 11:00 hod.

Dodavatel je oprávněn si dokumenty upravit dle výše zmíněných odpovědí.

S pozdravem

Adéla Žemličková
referent obchodního oddělení
FN Brno

Tel.: 532 232 127