

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Obecná specifikace pro ochranné RTG oděvy

- a) materiál – zadavatel požaduje super lehký olovněný kompozit omyvatelný s možností dezinfekce
 - b) barevné provedení – možnost výběru barevného provedení, minimálně 8 barev
 - c) velikost – velikosti zástěr jsou pouze orientační pro potřeby cenové nabídky (**vítězná firma před objednávkou naměří velikosti ochranných oděvů osobně**)
 - d) zástěry a nákrčníky musí mít vnější antibakteriální a hydrofobní úpravu
- Nákrčníky a zástěry musí mít úchyt pro upevnění límce k zástěře.
Zástěry - bederní pás, který zajistí přenos části hmotnosti z ramen

Část 1 – RTG ochranné pomůcky pro IKK

Pol. 1: Kabátová zástěra

2ks

- pánská kabátová zástěra s kapsou
- zapínání na suchý zip
- ramenní vycpávky
- překrývající přední díly na nastavitelný elastický pás
- úchyty na pás vč. límce
- materiál – super lehký olovněný kompozit – použití jemných částic olova
- stínící ekvivalent vpředu 0,5 mm Pb, vzadu 0,25 mm Pb
- barva dle nabídky vítězné firmy (tmavší podklad s barevným potiskem)
- na kapsu vyšít jméno lékaře



Pol. 2: Zástěra – pevná ramena

5 ks

- zcela překrývající přední díl s kapsou na předním ochranném dílu
- materiál – super lehký olovněný kompozit – použití jemných částic olova
- stínící ekvivalent 0,5 mm Pb vpředu - 0,25 mm Pb vzadu
- zapínání překřížením na zádech, zadní díl s pružnou úpravou pro přizpůsobení postavě
- ramenní vycpávky
- barva - s barevným potiskem
- zapínání na suchý zip



Pol. 3: Ochranné límce

7 ks

- materiál – super lehký olovněný kompozit – použití jemných částic olova
- ochrana 0,35 Pb
- velikost standardní
- zapínání na suchý zip
- barva – s barevným potiskem



