

Naše zn.: 2024/100896/FNBrno - 15.2.1– Ma
Vaše zn.: -

V Brně dne 21. 10. 2024

Odpověď na dotaz k VZMR – Operační světla
P24V00000771

Dotaz č. 1

Rádi bychom požádali o upřesnění zadávací dokumentace, části 3 ZD, kde je uvedeno, že součástí nabídky musí být Čestné prohlášení o statickém posouzení na základě prohlídky místa plnění. Prosíme o upřesnění, co má být obsahem zmíněného prohlášení?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje Čestné prohlášení o statickém posouzení na základě prohlídky místa plnění, kde dodavatel prohlásí, že součástí dodávky přístroje bude statické posouzení instalace přístroje předložené zadavateli nejpozději před zahájením instalace přístroje.

Dotaz č. 2

Současně prosíme o zvážení prodloužení lhůty pro podání nabídek, kdy mají uchazeči na zpracování podkladů z prohlídky místa plnění a přípravu nabídky, která musí do značné míry reflektovat aktuální stav místa plnění, pouze 3 dny.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel akceptuje tuto skutečnost a s ohledem na možnou delší dobu zpracování podkladů z prohlídky místa plnění a následnou přípravu nabídky prodlužuje termín pro podání nabídek do 1. 11. 2024 do 11 hod.

S pozdravem

Lucie Malíková
Referent obchodního oddělení
FN Brno
Tel. 532 232 848