

Naše zn.: 2024/101158/FNBrno - 15.2.1– Lu/Že
Vaše zn.: -

V Brně dne 22. 10. 2024

Odpověď na dotaz k VZMR – Polohovací příslušenství pro ortopedii – 1. část: Systém hlavové svorky
P24V00000768

Požadavek zadavatele v technické specifikaci týkající se 1. části zakázky:

- Systém hlavové svorky skládající se ze tří částí – základna pro uchycení fixace k operačnímu stolu, otočný adaptér, tříbodová hlavová svorka pro zevní fixaci.
- Kompatibilita se stoly se šířkou v rozmezí 490 až 650 mm
- Vestavěný držák na eurolištu, snadné nastavení samosvornou pákou pro maximální stabilitu

Dotaz:

Bude zadavatel namísto výše uvedeného akceptovat:

"Systém hlavové svorky skládající se ze tří částí – základna pro uchycení fixace k operačnímu stolu, otočný adaptér, tříbodová hlavová svorka pro zevní fixaci", kdy tento je k operačnímu stolu uchycen nikoliv přes eurolištu, ale přes adaptér přímo do zádové desky operačního stolu?"

Odpověď na dotaz:

Zadavatel **bude** akceptovat: "Systém hlavové svorky skládající se ze tří částí - základna pro uchycení fixace k operačnímu stolu, otočný adaptér, tříbodová hlavová svorka pro zevní fixaci", kdy tento je k operačnímu stolu uchycen nikoliv přes eurolištu, ale přes adaptér přímo do zádové desky operačního stolu, za splnění všech zbývajících technických parametrů.

Dále zadavatel mění termín pro podání nabídek do 1. 11. 2024 do 11:00 hod.

Dodavatel je oprávněn si dokumenty upravit dle výše zmíněných odpovědí.

S pozdravem

Adéla Žemličková
referent obchodního oddělení
FN Brno
tel.: 532 232 127