

Naše zn.: 2024/101982/FNBrno - 15.2.1 – Ma
Vaše zn.: -

V Brně dne 23. 10. 2024

VZMR Operační světla, E-ZAK ev.č. P24V00000771

Odpověď na dotaz

Dotaz č. 1:

V „Příloze č. 1- _technická_specifikace“ zadavatel požaduje parametr: „úhel natočení satelitů svítidla min. 270° a úhel otáčení ramen 360°“

Standardně dodáváme napříč nemocničními zařízeními operační světla s úhly natočení satelitů svítidla min. 270° a úhly otáčení ramen 360° Pokud je však v rameni příprava na kameru, či kamera, pak toto příslušné rameno má úhel otáčení 270°? Na základě našich informací, opřených o zkušenosti uživatelů je toto řešení plně dostačující a nemá vliv na portfolio výkonů. Bude prosím Zadavatel akceptovat nabídku operačního světla s úhly natočení satelitů svítidla min. 270° a úhly otáčení ramen 360° a pouze u ramene s přípravou na kameru, s úhlem otáčení ramene 270°?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat nabízenou variantu operačního světla s úhly natočení satelitů svítidla min. 270° a úhly otáčení ramen 360° a pouze u ramene s přípravou na kameru, s úhlem otáčení ramene 270° a trvá na původní specifikaci.

S pozdravem

Lucie Malíková
Obchodní oddělení - úsek pořizování investic
tel. 532 232 848