

Naše zn.: 2024/102403/FNBrno - 15.2.1 – Ma
Vaše zn.: -

V Brně dne 24. 10. 2024

VZMR Operační světla, E-ZAK ev.č. P24V00000771

Odpověď na dotaz

Dotaz č. 1:

Prosím o informaci, zda je k dispozici projektová dokumentace, ze které by bylo patrné konstruktivní a statické řešení stropu. Pouhým ohledáním na místě plnění nelze vyvodit jednotný názor ke statickým parametrům konstrukce, do které by se mělo OP světlo kotvit. Domníváme se, že jediný závazný výstup může poskytnout statik dobře znalý místa a jeho specifik.

Odpověď na dotaz č. 1:

zhotovitel nese plnou odpovědnost za bezpečné zavěšení dodávaného operačního světla, bezpečnost zavěšení doloží statickým posudkem vypracovaným autorizovanou osobou.

Za vyhotovení posudku zodpovídá zhotovitel, a to včetně ohledání, případně provedení potřebných sond na místě plnění. Zadavatel nemá v současné době PD k dispozici.

S pozdravem

Lucie Malíková
Obchodní oddělení - úsek pořizování investic
tel. 532 232 848