

Naše zn.: 2024/ 102407 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Vaše zn.:

V Brně dne 24.10. 2024

Odpověď na dotazy k VZMR – Vyšetřovací světlo pro GPK

P24V00000810

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci je požadovaný parametr "Teplota barev v rozsahu 4300 - 4500 K".
Má tím zadavatel na mysli pevnou teplotu barev někde v uvedeném rozmezí nebo nastavitelnou teplotu barev v uvedeném rozmezí, krokově či plynule?

Odpověď č. 1:

Zadavatel uvádí, že teplota barev postačuje pevná v uvedeném rozmezí.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784