

Naše zn.: 2024/102415/FNBRNO - 15.2.1 – Lu/Mo

Vaše zn.: -

V Brně dne 24. října 2024

**Odpověď na dotaz k VZMR - Videolaryngoskop ev.č. P24V00000745****Dotaz č. 1:**

Zadavatel uvádí v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (kromě jiných) tento technický parametr:

*„Jednorázové lžíce McIntosh: 3 ks dospělí, 1 ks extrémně velcí dospělí (obtížná intubace)“.*

Účastníkovi je známo ze znalosti trhu, že laryngoskopické lžíce jsou dostupné v různých provedeních tvaru – tento fakt však nemá z medicínského hlediska vliv na jejich faktické využití co do komfortu pro pacienty či pohodlí zdravotnického personálu při obsluze zdravotnického prostředku. Účastník disponuje zdravotnickými prostředky, které jsou tvarem blízké požadovanému technickému parametru.

Účastník se přesto domnívá, že setrvání zadavatele na tomto technickém parametru představuje zúžení okruhu možných účastníků veřejné zakázky, pro které není řádné opodstatnění.

Umožní zadavatel účastníkovi předložit nabídku, jejímž předmětem budou lžíce obdobných tvarů, jako je McIntosh?

**Odpověď č. 1:**

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení, tedy lžíce podobného tvaru.

**Termín podání nabídky**

Zadavatel mění dle bodu 9. na profilu zadavatele původní termín pro podání nabídky na 4. 11. 2024 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová  
vedoucí obchodního oddělení  
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674